



Agenția pentru Protecția Mediului Buzău

Nr. 759 /05.09.2016

**Buletin pentru informarea publicului
cu privire la calitatea aerului în județul Buzău în data de 02.09.2016**

| Nr. crt. | Cod stație | Zona | Indice general de calitatea aerului zilnic | | | | | | Obs. |
|----------|------------|---|--|--------------------|----------|------------|----------|--------------------|------|
| | | | 1 EXCELENT | 2 FOARTE BUN | 3 BUN | 4 MEDIU | 5 RĂU | 6 FOARTE RĂU | |
| 1. | BZ 1 | Sediul APM, str. Democrației nr. 11 | | | | | | * | |

Indicele general de calitatea aerului pentru o perioadă de o zi se calculează conform Ordinului MMAP numărul 1095/2007, ținându-se cont de indicii specifici pentru indicatorii dioxid de sulf (SO₂), dioxid de azot (NO₂), ozon (O₃), monoxid de carbon (CO) și pulberi în suspensie PM₁₀, fiind necesari minim trei indicatori pentru stabilirea acestuia.

*Pentru data de 02.09.2016 indicele general a fost 2 (FOARTE BUN), fiind determinat pe baza a trei indici specifici SO₂, CO și O₃ și a fost dat de indicele pentru O₃. Indicele specific pentru indicatorul NO₂ nu s-a putut determina, deoarece valoarea SPAN a fost depășită.
Analizorul automat pentru PM₁₀ este defect.

Alți indicatori măsurați

| Nr. Crt. | Punct de măsurare adresă | Indicator | Concentrație măsurată (μg/m ³) | Valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane (μg/m ³) | Obs. |
|----------|---------------------------|------------------|--|---|------|
| 1. | Sediul primăriei Rm.Sărat | PM ₁₀ | 21,75 | 50 | ** |

Datele sunt furnizate în urma prelevării 24 ore cu prelevatorul de volum mic Sven Leckel și cântărite în laboratorul APM Buzău (măsurare indicativă).

** 1. Valoarea reprezintă media în intervalul 31.08.2016 ora 08:30 – 01.09.2016 ora 08:30

DIRECTOR EXECUTIV,
biolog Mirela MARIN



Contact APM Buzău
Nume/prenume: Carmen-Mirela PAVĂL
Adresă de e-mail: office@apmbz.anpm.ro Telefon: 0238 719693

Întocmit,
chim. Claudia BELDIMĂNESCU



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Strada.Democrației, nr. 11

E-mail: office@apmbz.anpm.ro, Tel. 0238/413117, 719693.Fax. 0238/414551